

Warszawa, 2017.01.20

Nr postępowania: CeNT-361-2/2017

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2017 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Technologii Nowych
Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy OPZ, część IV, pkt 10.

Łącznia o podanych przez Zamawiającego parametrach w specyfikacji na stronie producenta posiada IP 32. Czy Zamawiający dopuści łącznię ultradźwiękową o IP 32?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 2:

Dotyczy OPZ, część IV.

Czy łącznię należy zaoferować wraz z koszem?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga kosza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW

mgr inż. Ewa Jastrzębska