

Warszawa, 2017.07.04

Nr postępowania: CeNT-361-21/2017

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2017 na:
sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami – zestaw I:

Pytanie 1:

Dotyczy OPZ część II pkt 1, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na witrynę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 1430 x 830 x 2105 mm, wyposażoną w 6 półek – ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego, wewnątrz wykonane ze stali chromoniklowej, witryna wyposażona w kółka w tym dwa z hamulcem, otwór w górnej części urządzenia o średnicy 7 mm w celu wprowadzenia niezależnego czujnika temperatury?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 2:

Dotyczy OPZ część II pkt 19.

Z uwagi na fakt, iż urządzenie seryjne schodzi z linii produkcyjnej z otworem o średnicy 7 mm, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów pkt. 19 specyfikacji technicznej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. Rektora UW

dr Katarzyna Tuszyńska