

Warszawa, 2017.06.13

Nr postępowania: **CeNT-361-22/2017**

## Uczestnicy postępowania

### Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **CeNT-361-22/2017** na:  
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW -  
postępowanie 6**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami – **zestaw I**:

### **Dotyczy części VII – komora laminarna**

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości wewnętrznej 1561 mm?

#### Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

#### Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą o mocy 15W?

#### Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora  
Centrum Nowych Technologii UW

mgr inż. Ewa Jastrzębska

