

Warszawa, 2017.06.13

Nr postępowania: **CeNT-361-23/2017**

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **CeNT-361-23/2017** na:
sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej oraz elementów elektryczno-optycznych dla Centrum Nowych Technologii UW

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami – **zestaw I**:

Dotyczy części I– pompa rotacyjna

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pompę rotacyjną z próżnią końcową (cząstkową) bez balastu gazu wynoszącą 4×10^{-4} mbar? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Prace badawcze wymagają lepszej próżni niż zaproponowana.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści pompę rotacyjną z próżnią końcową (całkowitą) bez balastu gazu wynoszącą 2×10^{-3} mbar? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Prace badawcze wymagają lepszej próżni niż zaproponowana.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści pompę rotacyjną z tolerancją na opary wody przy 50 Hz wynoszącą 40 mbar? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści pompę rotacyjną z połączeniem wejściowym KF DN 16 oraz połączeniem wyjściowym DN 8-10 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pompa ma mieć przyłącze DN KF25 na wlocie i wylocie w celu podłączenia do urządzeń.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści pompę rotacyjną ze stopniem ochrony silnika wynoszącym IP 40?
Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Stopień ochrony co najmniej IP40 jest wymagany w celu ochrony także przed wodą, czego IP40 nie daje.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW
mgr inż. Ewa Jastrzębska