



Warszawa, 2018.09.26

Nr postępowania: CeNT-361-28/2018

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2018 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 7**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami – **zestaw III**:

Pytanie 1:

Dotyczy OPZ – część I, pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę posiadająca 4 ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego w części chłodniczej z jednoczesnym zachowaniem półek szklanych w zamrażarce??

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

W części chłodniczej, poza odczynnikami wielkogabarytowymi w postaci buforów w butelkach, będą przechowywane niewielkie przedmioty i odczynniki tj. próbki eppendorf 1,5 ml oraz próbki typu PCR 0,2 ml. Przechowywanie ich na polkach z rusztami powoduje, że niejednokrotnie tak małe lub wąskie przedmioty wpadają pomiędzy ruszta generując nieporządek i wymuszając na pracownikach poświęcenie dodatkowego czasu w celu poszukiwania właściwych próbek/odczynników. Ponadto nasze doświadczenie wskazuje, iż statywy na próbki są bardziej wywrotne na polkach z rusztami.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW
Iwona Cymerman
dr Iwona Cymerman

1