



Warszawa, 2018.09.14

Nr postępowania: **CeNT-361-28/2018**

## Uczestnicy postępowania

### Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **CeNT-361-28/2018** na:  
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –  
postępowanie 7**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami – **zestaw II**:

### Pytanie 1:

Dotyczy OPZ – część IV , pkt 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę osiągającą maksymalną prędkość 12 500 g?

### Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

### Pytanie 2:

Dotyczy OPZ – część VI, pkt 7:

### Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o wadze 0,74kg?

Tak, Zamawiający dopuści.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora  
Centrum Nowych Technologii UW

*Iwona Cymerman*  
dr Iwona Cymerman