



Warszawa, 2022.04.20

Nr postępowania: CeNT-361-2/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2022 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 1**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw II**:

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część III, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną z możliwością regulacji szybkości wirowania w wymaganym zakresie, ale ze skokiem wynoszącym co 10 rmp ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści skok co 10 rpm. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że konstruując OPZ, określił skok maksymalny (50 rpm), zapewniający osiągnięcie określonego poziomu precyzji przy ustawianiu szybkości wirowania.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Kilian