

Zamawiający :
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Warszawa, 19.04.2022

Adres do korespondencji:
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Dotyczy postępowania przetargowego numer 361-39-2022 pn. „ Zakup specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych oraz specjalistycznego szkła laboratoryjnego.” , prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”.

ODPOWIEDI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W dniu 12 kwietnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od wykonawców, na które, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie numer 1

„Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się ,aby ewentualne kary były niższe i wynosiły 50 zł wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ?

Tak wysokie kary w obecnej sytuacji pandemii, sytuacji gospodarczo-politycznej i dużej niepewności na rynku znacząco wpłyną na wysokość oferty lub skutecznie uniemożliwia dostęp do tego postępowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie numer 2

„ Poniżej pytanie do postępowania o numerze jak w tytule wiadomości:

Część IV

czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na 48 szt. zestawów, lub 60 szt., z uwagi na fabryczny sposób konfekcjonowania po 12 szt. w opakowaniu? „

Odpowiedź:

W specyfikacji podaliśmy liczbę sztuk, gdyż sposób konfekcjonowania mógłby sugerować

konkretną firmę. Zaakceptujemy ofertę z dokładnie podaną liczbą sztuk, nawet jeśli będzie to oznaczało rozkompletowanie opakowania.

Pytanie numer 3 .

„dotyczy - Część 2

Poz 3 Prośba o doprecyzowanie wymaganej ilości. W opisie przedmiotu Zamawiający wskazuje 20 opakowań po 960 sztuk (10 x 96)., Natomiast w ilości 960 szt „

Odpowiedź:

Jedno opakowanie zawiera 960 końcówek, które są upakowane na płytkach wymiennych (do wkładania wprost do pudełka bez konieczności ręcznego pakowania końcówek, czyli RELOAD). Każda taka płytka zawiera 96 tipsów, płytek w opakowaniu jest 10, stąd informacja 10x96. Chcemy kupić 20 opakowań, czyli w sumie 20 x 960 końcówek.

Pytanie numer 4

„część III - Szkło i plastiki

3. Butelka laboratoryjna ze szkła z szeroką szyją, z zakrętką, autoklawowalne, 500 ml 10 sztuk - prosimy o podanie rozmiaru gwintu jaki jest iczekiwany?

1. Filtry strzykawkowe, sterylne, pakowane indywidualnie, membrana PES, 0,45 µm 1000 sztuk - prosimy o podanie średnicy filtra strzykawkowego?

2. Filtry strzykawkowe, sterylne, pakowane indywidualnie, membrana PES, 0,2 µm 1000 sztuk - prosimy o podanie średnicy filtra strzykawkowego?”

Odpowiedź:

1. gwint GLS 80
2. Średnica filtrów powinna być nie mniejsza niż 25mm

„część IV- Zestawy do filtracji próżniowej, jednorazowe:

Zestawy do filtracji próżniowej pakowane są po 12 sztuk. Czy możemy prosić o zmianę ilości na wielokrotność opakowań czyli 48 bądź 60 sztuk.”

Odpowiedź:

W specyfikacji podaliśmy liczbę sztuk, gdyż sposób konfekcjonowania mógłby sugerować konkretną firmę. Zaakceptujemy ofertę z dokładnie podaną liczbą sztuk, nawet jeśli będzie to oznaczało rozkompletowanie opakowania.