



Warszawa, 2022.06.08

Nr postępowania: CeNT-361-11/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2022 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 3**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw I:**

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część IV, pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary platformy 21,5 x 21,5 cm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści. Zamawiający jednocześnie zmienia zapis pkt-u 6 na:

„6. Platforma o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 21,5 cm z matą antypoślizgową”.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Kilian