



Warszawa, 2022.08.19

Nr postępowania: CeNT-361-10/2022

## Uczestnicy postępowania

### Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2022 na:  
**Sukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw I**

### Pytanie 1 - dotyczy części V:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę końcówek o obniżonej retencji na standardowe/zamienniki w przypadku chwilowego braku dostępności na czas składanego zamówienia częściowego?

Końcówki w wersji LoRetention dostępne będą dopiero od przyszłego roku z uwagi na komplikacje i opóźnienia w produkcji spowodowane niedawną pandemią i globalną sytuacją związaną z dostępnością surowców produkcyjnych. Proponowane końcówki zamiennicze są niemalże identyczne, tj.

Geometria/kształt końcówek jest w 100% identyczny, a różnią się jedynie technologią w jakiej są produkowane (nie są niskoretencyjne).

Technologia produkcji LoRetention jest bardzo czasochłonna i w obecnej globalnej sytuacji produkowane są jedynie końcówki w standardowej technologii. Sam materiał, z którego są wykonane końcówki jest również taki sam - czysty polipropylen

### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 50 dni od złożenia zamówienia?

Wzmózione zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranicą, może powodować wydłużenie terminu dostawy?

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

### Pytanie 3 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości netto dostawy? Wzmózione zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej oraz utrudniony ruch graniczny, może powodować wydłużenie dostaw z magazynów producenta znajdujących się za granicą.

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Fundusze  
Europejskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju



Fundacja na rzecz  
Nauki Polskiej



UNIWERSYTET  
WARSZAWSKI



**Pytanie 4 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 100 szt. x 10 opakowań ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka pakowane po 100 szt. x 10 opak.

**Pytanie 5 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 100 szt. x 10 opakowań ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka pakowane po 100 szt. x 10 opak.

**Pytanie 6 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści pipety w opakowaniach 100 szt. x 20 opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na pipety w opak. 100 szt. x 20 opak.

**Pytanie 7 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 14**

W nazwie produktu jest: płytki 12-dołkowe, w opisie produktu płytki 24-dołkowe.

Czy Zamawiający miał na myśli płytki 12-dołkowe ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający miał na myśli płytki 12 dołkowe.

**Pytanie 8 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet 2 - 200 µl ściętą końcówką?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści końcówki do pipet 2-200 ul ze ściętą końcówką

**Pytanie 9 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści folię aluminiową szerokość rolki 45cm, długość rolki 100m?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści folię aluminiową o szerokości rolki 45 cm i długości 100 m.

**Pytanie 10 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.21**

Podane przez Zamawiającego płytki pakowane są po 24 sztuki. Zamawiający wymaga 250 sztuk.

Czy zamawiający wyraża zgodę na 11 opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

**Pytanie 11 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.22**

Czy Zamawiający dopuści płytki w opakowaniach po 50 sztuk – w przeliczeniu do ilości sztuk ?  
2 opakowania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści płytki w opakowaniach po 50 sztuk.



Fundusze  
Europejskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju



Fundacja na rzecz  
Nauki Polskiej



UNIwersytet  
Warszawski



**Pytanie 12 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.24 oraz poz.25**

Zestawy do filtracji pakowane są po 12 sztuk. Czy Zamawiający wymaga 12 opakowań po 12 sztuk ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający wymaga 1 opakowanie zestawu do filtracji w ilości 12 sztuk

**Pytanie 13 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.26**

Czy Zamawiający dopuści fiolki pakowane po 100 szt. w przeliczeniu na ilość sztuk ? 10 opakowań ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści 10 opakowań fiolek po 100 sztuk.

**Pytanie 14 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.31**

Czy Zamawiający dopuści worki o wymiarach 970 mm x 1220mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści worki o wymiarach 970 mm x 1220mm.

**Pytanie 15 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.34**

Czy Zamawiający dopuści próbki pakowane po 1000 szt. w przeliczeniu na ilość sztuk ? 10 opakowań

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści 10 opakowań po 1000 szt.

**Pytanie 16 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.35**

Czy Zamawiający dopuści szalki o wymiarach 90 mm x 17mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści szalki o wymiarach 90 mm x 17mm.

**Pytanie 17 - dotyczy formularza cenowego część VI poz.55**

Czy Zamawiający dopuści pipety pakowane po 500 sztuk w przeliczeniu na ilość sztuk ? 16 opakowań

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści pipety 16 opakowań po 500 szt.

**Pytanie 18 - dotyczy formularza cenowego część VI poz. 121-128**

Pozycja 121 do 128 – proszę o wyjaśnienie jaka ilość sztuk jest wymagana?

W opisie jest 200 szt. – w ilości wymaganej 2 szt.

**Odpowiedź:**

W pozycjach 121-127, Zamawiający wymaga 2 sztuki,

W pozycji 128- 1 sztukę.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**



Fundusze  
Europejskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju



Fundacja na rzecz  
Nauki Polskiej



UNIWERSYTET  
WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI  
Centrum Nowych Technologii  
prof. dr hab. Wojciech Domalik  
p.o. Dyrektora CeNT UW

