



UNIwersytet
WARszawski

Wydział Biologii



Warszawa, dnia 16.09.2022 r.

WB-372/MW-001/2022

Do wszystkich zainteresowanych

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WB-372/MW-001/2022 pn: „Zakup i dostawa sprzętów laboratoryjnych oraz aparatury kontrolnej i badawczej z podziałem na części dla jednostek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawca drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ). Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

Pytanie nr 1 z dnia 14.09.2022

Dotyczy części 1:

Czy zamawiający dopuści wirówkę o wysokości 38 cm zamiast 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o większych wymiarach niż określone w specyfikacji z uwagi na ograniczenia przestrzeni laboratorium.

Pytanie nr 2 z dnia 14.09.2022

Dotyczy części 1:

1. Czy zamawiający dopuści wirówkę o wysokości z otwartą pokrywą wynoszącą 77 cm zamiast 74 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o większych wymiarach niż określone w specyfikacji z uwagi na ograniczenia przestrzeni laboratorium.

Zatwierdził

**Dziekan Wydziału Biologii
prof. dr hab. Krzysztof Spalik**