



UNIwersytet
WARszawski

Wydział Biologii



Warszawa, dnia 28.09.2022 r.

WB-372/MW-001/2022

Do wszystkich zainteresowanych

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WB-372/MW-001/2022 pn: „Zakup i dostawa sprzętów laboratoryjnych oraz aparatury kontrolnej i badawczej z podziałem na części dla jednostek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawca drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ). Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

Pytanie nr 1 z dnia 21.09.2022

§4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych z 20% do poziomu 5% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2 z dnia 21.09.2022

§5 ust. 2: Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować par. 5 ust. 2 dodając procedurę wyznaczenia dodatkowego, odpowiedniego terminu Wykonawcy na wykonanie umowy na wezwanie, w następujący sposób:

Zamawiający niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w całości lub niewykonanej części, jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części przekracza 14 dni albo kwota naliczonych kar umownych osiągnęła poziom maksymalny wskazany w § 4 ust. 2 Umowy.

Odstąpienie od umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, odpowiedniego, co najmniej 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszenia.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3 z dnia 21.09.2022 oraz Pytanie nr 4 z dnia 22.09.2022

- 1) §8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przybycia serwisu na miejsce instalacji urządzenia z 48 h do 5 dni roboczych?
- 2) Dotyczy załącznika nr 8, wzoru umowy, §8, ustęp 1- część 6.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, której termin określony jest w załączniku nr 3 do umowy (oferta wykonawcy), w ramach której zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich wad w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia a czas przybycia serwisu na miejsce instalacji urządzenia nie będzie dłuższy niż 48 godzin od dnia zgłoszenia przy czym nie uwzględnia się dni, które nie są dniami roboczymi. Zgłoszenia dokonywane będą w dni robocze w postaci elektronicznej na adres email Wykonawcy@..... .”

Prosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do realizacji części 6, tak by brzmiał:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, której termin określony jest w załączniku nr 3 do umowy (oferta wykonawcy), w ramach której zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich wad w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia a czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 72 godzin od dnia zgłoszenia przy czym nie uwzględnia się dni, które nie są dniami roboczymi. Zgłoszenia dokonywane będą w dni robocze w postaci elektronicznej na adres email Wykonawcy@..... .”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zmian treści SWZ w tym zakresie, dodatkowo modyfikuje i doprecyzowuje §8 ust. 6 dla wszystkich części.

Zatwierdził
Dziekan Wydziału Biologii
prof. dr hab. Krzysztof Spalik