



UNIwersytet  
Warszawski

Wydział Biologii



Warszawa, dnia 13.10.2022 r.

WB-372/AP-002/2022

**Do wszystkich Wykonawców**

W związku pytaniem z dnia 11.10.2022 dotyczących wymagań wymiarów zamrażarki Zamawiający modyfikuje zapisy w takim brzmieniu:

1. W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia w wierszu drugim dotyczący wymiarów zamrażarki:
  - Wymiary zewnętrzne urządzenia w zakresie (1020-1103)x(850-898)x(1920-2000)mm (Sz. X G x W)

2. W formularzu nr. 2 do SWZ w tabeli 1 pkt. 2 dot. danych konstrukcyjnych

2	Wymiary zewnętrzne urządzenia w zakresie (1020-1103)x(850-898)x(1920-2000)mm (Sz. x G x W)	TAK	
---	--	-----	--

**Zatwierdził**  
**Prodziekan Wydziału Biologii**

**prof. dr hab. Łukasz Drewniak**