



Warszawa, 2022.11.16

Nr postępowania: CeNT-361-24/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2022 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 5**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw I:**

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część I, pkt 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjkę o częstotliwości 37 kHz i o pojemności zbiornika 2,75 litra?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pytanie 2:

Dotyczy: OPZ, część V, pkt 6

Czy dopuszczają Państwo pompę próżniową z silnikiem o mocy 0,37 kW?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Kilian