



UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Wydział Geologii



ZP/13/09/2022

Warszawa, dnia 18.11.2021r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: tryb przetarg nieograniczony Nr ZP/13/09/2022 na: Sukcesywna dostawa sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Geologii UW na potrzeby realizowanego projektu SynerGa: „Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wglębnych fałdach Karpat fliszowych”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Potencjalny Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ).

Uniwersytet Warszawski działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy oraz 137 ust. 2 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:


W nawiązaniu do w/w postępowania chciałbym złożyć pytanie odnośnie cz. 11:

W opisie przedmiotu zamówienia, została opisana sama wirówka jednak bez wskazania żadnego wirnika do niej (wirówka bez wirnika jest bezużyteczna). Proszę o uszczegółowienie opisu z jakim wirnikiem Zamawiający wymaga dostawy tej wirówki.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia opis wirnika: wirnik kątowy, do 5800 obrotów na minutę, pojemność wirnika: 6 próbek w wirniku (elementy zestawu do wirnika: min. 6 pojemników, 6 wkładek, oraz 6 probówek 10 mL z okrągłym dnem i pokrywką)

Odpowiedź na pytanie nie prowadzi do zmian w dokumentacji przetargowej i nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
Wydział Geologii UW

mgr Agnieszka Baczevska