



Nr postępowania: CeNT-361-25/2022

Warszawa, 2022.12.14

## Uczestnicy postępowania

### Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2022 na:  
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –  
postępowanie 6**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw I**:

### Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część I, pkt 4

Czy dopuszczają Państwo wstrząsarko-wirówkę z algorytmem pracy na zasadzie powtarzających się na przemian cykli wstrząsania i wirowania, z możliwością programowania niezależnie czasu wstrząsania i czasu wirowania ?

### Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie 2:

Dotyczy: OPZ, część I, pkt 5, 6 i 7

Czy wymagają Państwo aby oferowana cena obejmowała również kompletne wyposażenie niezbędne do zastosowania opisanych konfiguracji probówek i stripów (np. dodatkowe rotory)?

### Odpowiedź:

Tak. Cena powinna zawierać kompletne wyposażenie dla probówek i stripów wymienionych w opisie.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w OPZ:

Pkt 2 w części I opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

*„2. **Możliwość worteksowania (wstrząsania) i wirowania jednego rodzaju probówek (1,5 ml/ 2,0 ml/ 0,2 ml) bez konieczności przekładania ich w jednym cyklu wstrząsania i wirowania (na tym samym rotorze)**”*

### Pytanie 3:

Dotyczy: OPZ, część IV, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o szerokości 60 cm?

### Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.



UNIwersytet  
Warszawski

CeNT CENTRUM  
NOWYCH  
TECHNOLOGII

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora  
Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Kilian

