



UNIwersytet  
WARszawski

Wydział Biologii



Warszawa, dnia 08.12.2022 r.

WB-372/IM/504-D114-66-0006834/Z-001/22

**Do wszystkich zainteresowanych**

### **Odpowiedzi na pytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WB-372/IM/504-D114-66-0006834/Z-001/22 pn: „Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawca drogą elektroniczną zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ). Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), zwaną dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

#### **Pytania z dnia 08.12.2022 do części 8**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez uchwytów po bokach łąźni i wymiarach zewnętrznych 335x185x210mm spełniającą wszystkie inne parametry? Przy tak małej łąźni uchwyty nie są konieczne.

#### **Odpowiedź: Nie**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 328x178x165mm bez zaworu spustowego?”

#### **Odpowiedź: Nie**

**Zatwierdził**  
**Dziekan Wydziału Biologii**  
**prof. dr hab. Krzysztof Spalik**