



Warszawa, 2022.12.21

Nr postępowania: CeNT-361-25/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2022 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 6**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw II**:

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część IV, pkt 1

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z przeszklonymi drzwiami, wyposażoną w 3 półki z możliwością przestawienia ale bez półek na drzwiach i szuflady?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 2:

Dotyczy: OPZ, część IV, pkt 2

Czy zamawiający dopuści wysokość chłodziarki 93,5 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW

dr hab. Krzysztof Kilian